VERIDIAN HEALTHCARE®

2-Second Digital Thermometer

Model 08-363

THANK YOU FOR PURCHASING A 2-SECOND THERMOMETER. PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO ENSURE PROPER USE AND SAFE OPERATION OF YOUR THERMOMETER.



PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- This product is not intended to diagnose or treat any health problem or disease and should not be used as a substitute for the consultation and advice of a physician or other medical professional.
- Thermometers should only be used under the supervision of an adult.
- Before use, it is recommended that the patient avoid eating, drinking, smoking or exercising for at least twenty minutes prior to taking a measurement. Never walk, run or talk during a measurement.
- If the thermometer has been stored at a very low or high temperature, allow the unit to adjust to room temperature before use.
- Wait a minimum of 1 minute between measurements to allow the unit to readjust to room temperature.

NOTE: Measurement time may vary based on measuring conditions.

NORMAL BODY TEMPERATURE / FEVER INDICATOR

Body temperature can vary from 97°F and 100.0°F and still be considered normal. The medically accepted 'normal' body temperature is 98.6°F Body temperature is commonly lower in the upon waking than at any point during the rest of an individual's waking hours.

Temperature readings will vary based on the body location point of the reading. Average 'normal' temperature ranges by measurement location site:

Oral	97.0°F–100.0°F (36.1°C–37.8°C)
Rectal	97.3°F–100.4°F (36.3°C–38.0°C)
Axillary	95.4°F–99.0°F (35.2°C–37.2°C)

This thermometer measures the heat flow rate from the user's body. If the heat flow for a given measurement location is within normal range, the thermometer backlight will be green; if the heat flow rate is high, the backlight will be red, indicating a fever MAY be present.

A fever is defined as a body temperature that is elevated above the normal for that person. It is important to determine what is normal for an individual before determining if a fever is present. Tracking an individual's temperature on a consistent basis, at the same body site and at the same time everyday when the person is well or healthy will help determine an individual's normal temperature.

CHANGING MODES - FAHRENHEIT OR CELSIUS OPERATION

This unit defaults to a Fahrenheit measurement when first used and will default to last used mode each time the unit is turned on.

To change modes (the device should be OFF):

1. Press and hold the MODE and POWER buttons simultaneously.
2. The current scale mode will briefly show on the display and then alternate to the new mode.
3. The thermometer is now ready for measurement; either proceed with measurement or press the POWER button to turn the unit off.

MEMORY RECALL

This unit includes a recall of the last measurement taken. When the unit is OFF, press the POWER button to turn the unit on, and release. After the self-test, the unit will briefly show the last reading on the display.

OPERATING INSTRUCTIONS

Remove the LCD protective sticker. Press and release the POWER button to activate the thermometer. The unit will beep and the display will show all of the digital display symbols as it performs a self-test before showing the last reading in memory.

The thermometer will then show the current mode; press the mode button to select the desired measurement location.

The thermometer will default to Oral the first time it is turned; the thermometer will default to the last mode used for all other uses.

NOTE: If using a probe cover, apply before turning device on.

ORAL MEASUREMENTS



1. Place the probe under the tongue as near as possible to a heat pocket as noted in the diagram. Readings will be progressively lower the further the probe is from the indicated heat pockets.
2. Hold the thermometer in place during the reading; do not bite down on the thermometer. The mouth must remain closed to ensure accurate results. The reading should take approximately two seconds.
3. The measurement will start automatically once the probe is in place and will take approximately 2 seconds. A running circle will briefly appear on the display indicating the reading is in progress.
4. The unit will sound one long beep when the measurement is complete and the reading will appear on the display.
5. Wait a minimum of one minute before attempting a new measurement.
6. To turn the unit off, simply press the POWER button. The unit will automatically shut-off after approximately one minute.

AXILLARY (UNDERARM) MEASUREMENTS

1. Wipe the underarm with a dry towel before application.
2. Place the probe tip under the arm so that the tip is touching skin; hold the thermometer parallel, slightly angled upwards as indicated in the diagram. Position the arm across the chest to ensure the tip is completely covered. The reading should take approximately two seconds.
3. The measurement will start automatically once the probe is in place and will take approximately 2 seconds. A running circle will briefly appear on the display indicating the reading is in progress.
4. The unit will sound one long beep when the measurement is complete and the reading will appear on the display.
5. Wait a minimum of one minute before attempting a new measurement.
6. To turn the unit off, simply press the POWER button. The unit will automatically shut-off after approximately one minute

RECTAL MEASUREMENTS

1. It is recommended that a probe cover is used for rectal measurements; apply a water-soluble lubricant for easier insertion.
2. Lay the patient on their side or stomach with their legs hanging down.
3. Gently insert the tip of the probe NO MORE THAN .5 INCH into the rectum. Stop immediately if you detect resistance. Always hold the thermometer in place during measurement.
4. Hold the thermometer in place during the reading; the reading should take approximately two seconds.
5. The measurement will start automatically once the probe is in place and will take approximately 2 seconds. A running circle will briefly appear on the display indicating the reading is in progress.
6. The unit will sound one long beep when the measurement is complete and the reading will appear on the display.
7. Wait a minimum of one minute before attempting a new measurement.
8. To turn the unit off, simply press the POWER button. The unit will automatically shut-off after approximately one minute.

REPLACING THE BATTERY

This thermometer includes 1 2032Li 3V coin battery. If the battery is low, the battery symbol will appear on the display and flash; replace the battery as soon as possible.

If the battery symbol appears solid, the battery is expired and must be replaced for the unit to operate.

1. Ensure the power is off and carefully slide the battery cap away from the unit.
2. Remove the expired battery and replace with a new battery with the plus (+) side up.
3. Carefully replace the battery cap.
4. Do not dispose of used batteries in the trash. Consult your local recycling center for the proper way to dispose of batteries in your area. Keep used batteries away from children, pets and excessive heat.



PROBE COVER USE

Disposable, hygienic probe covers are recommended for use with stick thermometers to prevent contamination. Probe covers are intended for one-time use only; a new probe cover should be used with each application. Probe covers can commonly be found at your local retailer.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

Store the unit in the provided protective case when not in use. Do not store the thermometer where it will be exposed to direct sunlight, dust or humidity. Avoid extreme temperatures. Do not attempt to disassemble the unit. If ERR displays and no measurement can be obtained, the unit must be replaced.

Clean the thermometer by wiping with rubbing alcohol (70% isopropyl alcohol) or soap and water. Do not submerge in any liquid or autoclave; this thermometer is NOT waterproof or shockproof. Wipe the thermometer with a dry cloth and allow to air dry.

TROUBLESHOOTING / IDENTIFYING DISPLAY SYMBOLS

Performance may be degraded should one or more of the following occur:

- Operation outside stated temperature and humidity range
- Storage outside state temperature and humidity range
- Mechanical shock

The thermometer has been designed to display feedback-warnings to ensure proper usage and accurate temperature measurement. In the event of a malfunction or incorrect temperature measurement, the following warnings will be displayed:

Error	Problem/Cause	Solution
	The measured temperature is above 107.6°F (42°C)	1. Turn the unit OFF and then ON again 2. Retake temperature 3. If still reads HI, this indicates that the patient has a high fever; seek medical attention
	The measured temperature is below 95°F (35°C)	1. Turn the unit OFF and then ON again 2. Retake temperature 3. If still reads LO, this indicates that the patient has a low body temperature; seek medical attention
	The thermometer is too cold or too hot to operate	1. Verify that the room temperature within product range 60.8°F-104°F (16° C - 40° C) 2. Retake temperature
	Temperature did not register because of poor contact, patient movement or poor placement	Turn the unit OFF, wait 2 minutes, turn it ON again and retake temperature
	Unit malfunctioned	Do not use the thermometer – contact Customer Care
	Low battery - Battery icon flashes	Battery is low; enough power remains for approximately 10 measurements
	Drained battery - Battery icon is the only icon on the display and unit turns off	Battery is completely expired and must be replaced

PRODUCT SPECIFICATIONS

MEASUREMENT TIME:	2 seconds
MEASUREMENT SITE:	Oral, Rectal, Axillary
MEASUREMENT RANGE:	95.0°F – 107.6°F (35° – 42°C)
OPERATING TEMPERATURE:	60.8°F – 104.0°F (16°C – 40°C); Humidity 15-95% (non condensing)
STORAGE TEMPERATURE:	-4.0°F – 122.0°F (-20°C – 50°C); Humidity 15-95% (non condensing)
MEASUREMENT SCALE:	Fahrenheit and Celsius
MEMORY:	Recall of last measurement taken
BATTERY:	1 2032Li 3V battery
BATTERY LIFE:	Approximately 24 months; minimum of 1000 measurements
AUTOMATIC SHUT-OFF:	Approximately after 1 minute of non-use
ACCURACY:	complies with ASTM E 1112-00 standards
DISPLAY:	Liquid crystal display
DISPLAY RESOLUTION:	LCD 0.63"x 0.73"
DIMENSIONS:	5.15"X 1.1"X .6"
WEIGHT:	.5 ounces with batteries

Specifications are subject to change without notice.

FCC STATEMENT

IMPORTANT INFORMATION REQUIRED BY THE FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ONE-YEAR WARRANTY

Congratulations on your purchase of a 2-Second Digital Thermometer. Your Thermometer is covered by the following limited warranty commencing upon the date of purchase, and subject to the following terms and conditions:

The Warrantor warrants that its Thermometer will be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for a period of one year for the original purchaser of the Thermometer.

Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Thermometer for commercial purposes or subjecting the Thermometer to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of the Warrantor, are excluded from coverage. This warranty does not cover batteries or other power sources that may be provided with, or used with the Thermometer.

If the Digital Thermometer fails to conform to this limited warranty, return the Thermometer to: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031.** When returning a product, please also include: (i) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (ii) a written description of the problem; and (iii) your name, address and telephone number. Carefully package the product to avoid any damage that may occur while in transit; shipping insurance with returned receipt is recommended. At our option, the warrantor will repair or replace the unit found to be defective in materials or workmanship under normal consumer usage. The purchaser will be notified of any additional repairs required prior to completing the repair, and will be responsible for parts charges, if any, and repair charges not covered by this limited warranty.

EXCEPT AS PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS ARE DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL THE WARRANTOR BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR DAMAGES TO, OR LOSS OF, OTHER PROPERTY OR EQUIPMENT OR PERSONAL INJURIES TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313

Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST

www.veridianhealthcare.com

Distributed by:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.veridianhealthcare.com

Product of Israel
Packed in China

#93-1242 12/20

©2020 Veridian Healthcare, LLC

INSTRUCTIONS • ENGLISH

PROBE COVER ORDER FORM

Disposable Probe Covers 100 Pack (Model 08-322) Qty.____ @ $5.00 ea. $_____

SUBTOTAL $_____

Illinois shipments add 8% Sales Tax $_____

Shipping, handling & insurance $ 5.00

ORDER TOTAL $_____

PAYMENT METHOD:

☐ Check or Money Order ☐ VISA ☐ MasterCard

☐ Discover ☐ Diners Club ☐ American Express

Card No._____ Security Code_____

Expiration Date:_____

Signature_____

Print Name_____

Please allow 2 weeks for delivery; this order form is for shipment within the Continental U.S. and Canada only.

SHIP TO ADDRESS:

Name_____

Address_____

City_____ State_____ Zip_____

Daytime Telephone No. (___)_____

BILL TO ADDRESS: if different from SHIP TO address

Name_____

Address_____

City_____ State_____ Zip_____

Daytime Telephone No. (___)_____

Thank you for your order!

Please send a copy of this form with your payment to:

Veridian Healthcare, LLC
Attn: Customer Service
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031

FAX CREDIT CARD ORDERS TO: 866-480-1717; QUESTIONS? 866-326-1313

VERIDIAN HEALTHCARE®

2-Segundos Termometro Digital

Modelo 08-363

GRACIAS POR COMPRAR ESTE 2-SEGUNDO TERMÓMETRO DE DIGITAC-ES. LEA ESTAS INSTRUCCIONES DE ASEGURAR CUIDADOSAMENTE LA OPERACIÓN APROPIADA Y SEGURA DE SU TERMÓMETRO.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Este producto no está destinado a diagnosticar o tratar ningún problema de salud o enfermedad y no debe utilizarse como sustituto de la consulta y el asesoramiento de un médico u otro profesional médico.
- Los termómetros solo deben usarse bajo la supervisión de un adulto.
- Antes de usar, se recomienda que el paciente evite comer, beber, fumar o hacer ejercicio durante al menos veinte minutos antes de realizar una medición. Nunca camine, corra o hable durante una medición.
- Si el termómetro se ha almacenado a una temperatura muy baja o alta, permita que la unidad se ajuste a la temperatura ambiente antes de usarlo.
- Espere un mínimo de 1 minuto entre mediciones para permitir que la unidad se reajuste a la temperatura ambiente.

NOTA: El tiempo de medición puede variar según las condiciones de medición.

TEMPERATURA CORPORAL NORMAL Y FIEBRE

La temperatura corporal puede oscilar entre 97°F y 100°F (36°C y 37.8°C) y aún se consid-era dentro del rango normal. La temperatura corporal 'normal', desde el punto de vista médico, es 98.6°F (37°).

La temperatura corporal es comúnmente más baja en la mañana que en cualquier otro momento del día en que la persona está despierta.

Oral	97.0°F–100.0°F (36.1°C–37.8°C)
Rectal	97.3°F–100.4°F (36.3°C–38.0°C)
Debajo del Brazo	95.4°F–99.0°F (35.2°C–37.2°C)

Este termómetro mide la tasa de flujo de calor desde el cuerpo del usuario. Si el flujo de calor de una ubicación determinada medida dentro de la gama normal, el contraluz ter-mómetro será verde; Si la tasa de flujo de calor es alta, la luz de fondo será rojo, indicando que se puede presentar fiebre.

Se entiende por fiebre la temperatura corporal que es más elevada que la normal para esa persona. Es importante conocer qué es normal para una persona antes de determinar si tiene fiebre. Tomar la temperatura individual en forma constante, en el mismo lugar del cuerpo y a la misma hora todos los días, ayudará a determinar cuál es la temperatura normal de esa persona.

FUNCIÓN PARA CAMBIAR DE GRADOS FARENHEIT A CELSIUS

Esta unidad por defecto es un Fahrenheit medida cuando primero utilizado y presentará al último modo utilizado cada vez que la unidad está encendida.

Para cambiar los modos (el dispositivo debe estar apagado):

1. Presione y sostenga los botones MODE y potencia al mismo tiempo.
2. El modo de escala actual se mostrará brevemente en la pantalla y luego alternas a la nueva modalidad.
3. El termómetro está listo para la medición; proceder con la medida o pulse el botón POWER para apagar la unidad.

FUNCIÓN DE LLAMADA DE MEMORIA

Retire el adhesivo protector LCD. Esta unidad incluye un recordatorio de la última medición tomada. Cuando la unidad esté apagado, pre-sione el botón POWER para encender la unidad y liberación. Después de la prueba, la unidad mostrará brevemente la última lectura en la pantalla.

INSTRUCCIONES DE USO



Presione y suelte el botón de encendido para activar el termómetro. La unidad emitirá un pitido y la pantalla mostrará todos los símbolos de la pantalla digital como se realiza una prueba automática antes de Mostrar la última lectura en la memoria.

El termómetro mostrará entonces el modo actual; Pulse el botón mode para seleccionar la ubicación de la medida deseada.



Oral **Rectal** **Debajo del Brazo**

El termómetro por defecto Oral la primera vez que se enciende ; el termómetro por defecto al último modo utilizado para todos los otros usos.

NOTA: Si está usando un protector de sonda, aplicar antes de encender el dispositivo.

USO ORAL



1. Coloque la sonda debajo de la lengua como cerca como sea posible a un bolsillo de calor como se indica en el diagrama. Lecturas será progresivamente menores cuanto más lejos la sonda es de las bolsas de calor indicado.
2. Mantener el termómetro en su lugar durante la lectura; No muerda el termómetro. La boca debe permanecer cerrada para asegurar resultados exactos. La lectura debe tomar aproximadamente dos segundos.
3. La medida se iniciará automáticamente una vez que la sonda esté en su lugar y le tomará aproximadamente 2 segundos. Un círculo corriente aparecerá brevemente en la pantalla indicando que la lectura está en progreso.
4. La unidad sonará un pitido largo cuando la medición esté completa y la lectura aparecerá en la pantalla.
5. Espere un mínimo de un minuto antes de intentar una nueva medición.
6. Para apagar la unidad, simplemente presione el botón de encendido. La unidad será automáticamente apagado después de aproximadamente un minuto.

USO DEBAJO DEL BRAZO (VÍA AXILAR)

1. Limpie la axila con una toalla seca antes de su aplicación.
2. Coloque la punta de la sonda debajo del brazo para que la punta esté tocando la piel; Sostenga el termómetro paralelo, levemente angulado hacia arriba como se indica en el diagrama. Coloque el brazo en el pecho para asegurar que la punta está completamente cubierta. La lectura debe tomar aproximadamente dos segundos.
3. La medida se iniciará automáticamente una vez que la sonda esté en su lugar y le tomará aproximadamente 2 segundos. Un círculo corriente aparecerá brevemente en la pantalla indicando que la lectura está en progreso.
4. La unidad sonará un pitido largo cuando la medición esté completa y la lectura aparecerá en la pantalla.
5. Espere un mínimo de un minuto antes de intentar una nueva medición.

6. Para apagar la unidad, simplemente presione el botón de encendido. La unidad será automáticamente apagado después de aproximadamente un minuto.

USO RECTAL

1. Se recomienda que una cubierta de la sonda se utiliza para la medición rectal; Aplique un lubricante soluble en agua para facilitar la inserción.
2. Coloque al paciente en su lado o estómago con sus piernas colgando hacia abajo.
3. Inserte suavemente la punta de la sonda NO más de .5 pulgada en el recto. Pare inmediatamente si se detecta resistencia. Siempre sostenga el termómetro en su lugar durante la medición.
4. Mantener el termómetro en su lugar durante la lectura; la lectura debe tomar aproximadamente dos segundos.
5. La medida se iniciará automáticamente una vez que la sonda esté en su lugar y le tomará aproximadamente 2 segundos. Un círculo corriente aparecerá brevemente en la pantalla indicando que la lectura está en progreso.
6. La unidad sonará un pitido largo cuando la medición esté completa y la lectura aparecerá en la pantalla.
7. Espere un mínimo de un minuto antes de intentar una nueva medición.
8. Para apagar la unidad, simplemente presione el botón de encendido. La unidad será automáticamente apagado después de aproximadamente un minuto.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

Este termómetro incluye 1 2032Li 3V batería de moneda. Si la batería está baja, el símbolo de batería aparecerá en la pantalla y el flash; Reemplace la pila tan pronto como sea posible.

Si aparece el símbolo de batería sólido, el la batería está vencida y debe ser reemplazada por la unidad operar.

1. Asegúrese de que el poder esté apagado y deslice con cuidado la tapa de la batería de la unidad.
2. Retire la batería caducada y reemplace con una batería nueva con el lado positivo () para arriba.
3. Reemplace la tapa de la batería.
4. No tire las pilas usadas a la basura. Consulte con su centro local de reciclaje para la forma correcta de desechar las baterías en su área. Mantenga las pilas lejos del calor excesivo, mascotas y niños.

USO DE LA CUBIERTA DE LA SONDA

Sonda desechable, higiénico cubiertas se recomiendan para uso con termómetros de palo para evitar la contaminación. Sonda cubiertas están diseñadas para utilizarse una sola vez debe utilizarse una nueva cubierta de la sonda con cada aplicación. Sonda cubiertas comúnmente se puede encontrar en su distribuidor local.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Almacene la unidad en el estuche protector suministrado cuando no esté en uso. No guarde el termómetro donde será expuesto a la luz solar directa, polvo o humedad. Evite tempera-turas extremas. ¡ No intente desarmar la unidad. Si muestra ERR y ninguna medición puede obtenerse, la unidad debe ser sustituida.

Limpie el termómetro frotando con alcohol (alcohol isopropílico al 70%) o jabón y agua. No lo sumerja en ningún líquido o autoclave. Limpie el termómetro con un paño seco y deje secar al aire.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El desempeño puede verse degradado en caso de tener lugar una o más de las siguientes circunstancias:

- Funcionamiento fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados
- Almacenamiento fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados
- Golpes mecánicos
- La temperatura del paciente es inferior a la temperatura ambiente

El termómetro ha sido diseñado para mostrar retroalimentación-advertencias para asegu-rar el uso adecuado y la medición precisa de la temperatura. En caso de malfuncionamien-to o medición de la temperatura incorrecta, se mostrarán las siguientes advertencias:

Error	Problema/Causa	Solución
HI	La temperatura medida supera los 107.6°F (42°C)	1. Apague la unidad y enciéndala nuevamente 2. Vuelva a tomar la temperatura 3. Si todavía se lee HI, esto indica que el paciente tiene mucha fiebre, consulte con un médico
LO	The measured temperature is below 95°F (35°C)	1. APAGADO y después dé vuelta a la unidad ENCENDIDO otra vez 2. Vuelva a tomar la temperatura 3. Si todavía lee LO, esto indica que el paciente tiene un temperatur bajo del cuerpo; atención médica de la búsqueda
Er.1	El termómetro está demasiado frío o demasiado caliente para funcionar	1. Verifique la temperatura ambiente dentro del intervalo del producto de 60.8°F–104°F (16° C - 40° C) 2. Vuelva a tomar la temperatura
Er.2	No se registró la temperatura debido al mal contacto, movimiento del paciente o colocación incorrecta	Apague la unidad, espere 2 minutos, enciéndala nuevamente y vuelva a tomar la temperatura
Er.3	Desperfecto de la unidad.	No use el termómetro – contacte a Atención al Cliente
	Poca batería – Se muestra el ícono de la batería en forma luz parpadea	Queda poca batería y se agotará después de aproximadamente 10 medi-ciones
	Batería agotada – Se muestra solamente el ícono de la batería y la unidad se apaga	La batería está completamente agotada y debe cambiarse

ESPECIFICACIONES

TIEMPO DE MEDICIÓN:	2 segundos
ÁREA DE MEDICIÓN:	Oral, Rectal, Axilar
INTERVALO DE MEDICIÓN:	95.0°F – 107.6°F (35° – 42°C)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	60.8°F – 104.0°F (16°C – 40°C); Humedad 15-95% (no condensante)
TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN:	-4.0°F – 122.0°F (-20°C – 50°C); Humedad 15-95% (no condensante)
ESCALA DE MEDICIÓN:	Fahrenheit y Celsius
MEMORIA:	Recuerda la última medición
BATERÍA:	Una batería typo 2032Li 3V
DURACIÓN DE LA BATERÍA:	Aproximadamente 24 meses; mínimo de 1000 mediciones
APAGADO AUTOMÁTICO:	Aproximadamente después de 1 minuto de inactividad
EXACTITUD:	Cumple con las normas ASTM E 1112-00
VISOR:	Visor de cristal líquido
RESOLUCIÓN DEL VISOR:	LCD 0.63" x 0.73"
DIMENSIONES:	5.15" X 1.1" X .6"
PESO:	.5 onzas incluyendo las baterías

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Línea de ayuda gratis del cuidado del cliente: 1-866-326-1313

Lunes - viernes 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST

www.veridianhealthcare.com

Distributed by:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.veridianhealthcare.com

Product of Israel
Packed in China

#93-1242 12/20

©2020 Veridian Healthcare, LLC

DECLARACIÓN DE LA FCC

(Comisión Federal de Communicaciones de los Estados Unidos)

INFORMACIÓN MPORTANTE QUE REQUIERE LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) el aparato no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) el aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento inesperado.

NOTA: Este dispositivo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B según se establece en la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, puede interferir negativamente en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se producirán interferencias de acuerdo con una instalación en particular. Si este equipo sí causara interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendi-endo el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir dicha interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

Aumente la separación entre el aparato y el receptor.

Conecte el aparato a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente al circuito en que está conectado el receptor.

Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV.

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones que no haya aprobado expresamente la parte responsable por el cumplimiento podrían impedir que el usuario pueda operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Felicitaciones por su compra de un Termómetro Digital. Su Termómetro Digital está cubierto por la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de compra y está sujeto a los siguientes términos y condiciones:

El Warrantor garantiza que su Termómetro Digital estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo el uso normal del consumidor por el tiempo que el comprador original sea propietario del producto por un ano.

Se excluyen de la cobertura el mantenimiento periódico, las reparaciones y el reemplazo de partes debidos al desgaste normal. Los defectos o daños que resulten de: (a) la operación incorrecta, el almacenamiento incorrecto, el uso inadecuado o abuso, accidente o negligencia, como el daño físico (grietas, raspones, etc.) en la superficie del producto resultado del uso inadecuado; (b) el contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración abundante, arena, polvo o suciedad en general, calor extremo, o alimentos; (c) el uso del Termómetro Digital con propósitos comerciales o someter al Termómetro Digital a un uso o condiciones anormales; u (d) otros actos que no son culpa de warrantor, se excluyen de la cobertura. Esta garantía no cubre baterías ni otras fuentes de energía que se puedan suministrar o usar con el Producto.

Si el termómetro de Digitacs no puede ajustarse a esta garantía limitada, vuelva termómetro a: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031.** Cuando devuelva un produc-to, por favor incluya además: (i) una copia de su recibo, factura u otro comprobante de compra; (ii) una descripción por escrito del problema; y (iii) su nombre, dirección y número telefónico. Embale cuidadosamente el producto para evitar daños mientras está en tránsito; se recomienda contratar un seguro de envío con acuse de recibo. Según lo que elija, el Warrantor reparará o reemplazará la uni-dad que se considere defectuosa en materiales o mano de obra bajo el uso normal del consumidor. Al comprador se le notificará cualquier reparación adicional requerida antes de completar la repa-ración, y será responsable de pagar el cargo por las piezas, si lo hubiese, y los cargos de reparación que no estén cubiertos por esta garantía limitada.

EXCEPTO COMO LO DISPONE ESTA GARANTÍA LIMITADA, NO SE ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS EN FORMA NO RESTRICTIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, COMO SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, ES EL ÚNICO RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO EL WARRANTOR SERÁ RESPONS-ABLE, CON BASE EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES O CULPA EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO, O POR DAÑOS A OTRA PROPIEDAD O EQUIPO, O PÉRDIDA DE PROPIEDAD O EQUIPO O LESIONES PERSONALES, EN LAS MÁS AMPLIAS EXTENSIÓN EN QUE LA LEY PERMITA EL DESCARGO DE LA RESPONSABILIDAD POR DICHOS DAÑOS.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo tal que las limitaciones o exclusiones podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían dependiendo del estado o de una jurisdicción a otra.

INSTRUCCIONES • ESPAÑOL

PROBE COVER ORDER FORM

Disposable Probe Covers 100 Pack (Model 08-322) Qty.____ @ $5.00 ea. $_____

SUBTOTAL $_____

Illinois shipments add 8% Sales Tax $_____

Shipping, handling & insurance $ 5.00

ORDER TOTAL $_____

PAYMENT METHOD:

☐ Check or Money Order ☐ VISA ☐ MasterCard

☐ Discover ☐ Diners Club ☐ American Express

Card No. _____ Security Code _____

Expiration Date: _____

Signature _____

Print Name _____

Please allow 2 weeks for delivery; this order form is for shipment within the Continental U.S. and Canada only.

SHIP TO ADDRESS:

Name _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Daytime Telephone No. (___) _____

BILL TO ADDRESS: if different from SHIP TO address

Name _____

Address _____

City _____ State _____ Zip _____

Daytime Telephone No. (___) _____

Thank you for your order!

Please send a copy of this form with your payment to:

Veridian Healthcare, LLC
Attn: Customer Service
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031

FAX CREDIT CARD ORDERS TO: 866-480-1717; QUESTIONS? 866-326-1313